

Дифференциальный манометр цифровой ДМЦ 01М	406	КРУ20-041-00164411 КЦСМ	22.12.2020 г.	21.12.2021 г.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-5	983	клеймо, КЦСМ	24.12.2020 г.	23.12.2021 г.
Секундомер механический СОСпр -26-2-000	9883	С-АШ/21-05-2021/64493711 , КЦСМ	21.05.2021 г.	20.05.2022 г.
Барометр-анероид контрольный М67	1256	041008713, КЦСМ	08.05.2020 г.	07.05.2022 г.
Аспиратор Хроматэк ПВ-2	610207	С-АИ/29-01-2021/33096403 ЦСМ Марий-Эл	29.01.2021	28.01.2022
Комплекс аппаратнопрограммный на базе хроматографа «Кристалл-2000 М»	6349	С-АШ/22-04-2021/59484127 КЦСМ	22.04.2021	21.04.2022
Термометр контактный цифровой ТК -5.06 с зондом ЗВ 1000 зондом ЗВЛ 1000	1780910 1708785 1920995	С-АШ/24-06-2021/72866645 , КЦСМ	24.06.2021 г.	23.06.2022 г.

11. Результаты КХА и измерений:

Таблица 2

Определяемый показатель	Единицы измерений	Результат анализа $\pm \Delta$ (при $P=0,95$)	Шифр методики измерений
Скорость газопылевого потока в газоходе	м/с	5,9 $\pm$ 0,4	ГОСТ 17.2.4.06-90
Объемный расход газопылевого потока в газоходе	м ³ /с	1,3 $\pm$ 0,1	
Температура газопылевого потока в газоходе	°С	32,8 $\pm$ 0,5	ГОСТ 17.2.4.07-90
Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	мг/м ³	3,2 $\pm$ 0,8	АЮВ 0.005.169 МВИ ФР.1.31.2004.01259

Протокол подготовил: инженер-лаборант Осипова Е.Н.
(должность, Ф.И.О.)

Перепечатка, частичное или полное тиражирование данного протокола запрещено без разрешения ЛЭиПС.
Данные протокола относятся только к пробе, представленной на анализ.
Без подписи начальника лаборатории и печати протокол не действителен.

Окончание протокола

Количество выданных экземпляров: 2
Экземпляр № 1 протокола хранится в ЛЭиПС, экземпляр № 2 отдается заказчику.