

12. Сведения о средствах измерений:

Измеряемый показатель	Наименование, тип	Заводской номер	Погрешность	Сведения о государственной поверке
Углерода Оксид	Газоанализатор универсальный "ГАНК-4"	№ 2287	± 20 %	Голографическая наклейка № 17006283429 до 10.10.2019 г.
Азота оксид				
Азота диоксид				
Сервы диоксид				
Углерод (сажа)	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	№ 98513	± 0,2°С	Свидетельство о поверке № 041022472 до 12.09.2020 г.
Температура воздуха			± 3 %	
Относительная влажность воздуха			± 0,05 м/с	
Скорость движения воздуха	Рулетка измерительная металллическая УМ5М	№00564	Класс точности 2	Свидетельство о поверке № 045014641 до 27.08.2019 г.
Расстояние и высота				

13. Сведения о нормативной документации (НД) регламентирующей показатели и НД на методы измерений:

Измеряемый показатель	НД, регламентирующие параметры, характеристики, показатели	НД на методы испытаний, исследований, измерений
Углерода оксид	ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"	МВИ 4215-002-56591409-2009 "Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4"
Азота оксид		
Азота диоксид		
Сервы диоксид		
Углерод (сажа)		

Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя ИЛЗ